

Słupsk dnia 08. 02. 2021 r.

Sprawa nr: SE-407/1/21

Strona internetowa:

www.bip.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie rozpoznania cenowego na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku.

W dniu 08 lutego 2021 r. Zamawiający otrzymał pytanie dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania oraz odpowiedź zamawiającego.

1. Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z poziomem szczelności AQL 1,5 (*jest to wymagany parametr, zgodnie z normą europejską EN 455 dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa*).

Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B. Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ASTM F 1671, ASTM D 6978

Odp. Zgodnie z Opisem warunków zamówienia.

Zamawiający:

DYREKTOR
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Słupsku
inż. Mariusz Żukowski