Słupsk dnia 19. 02. 2021 r.

Sprawa nr: **SE-407/5/21**

Strona internetowa:
www.bip.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **rozpoznania cenowego na dostawę respiratorów.**

W dniu 19 lutego 2021 r. Zamawiający otrzymał pytanie dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytania oraz odpowiedź zamawiającego.

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z parametru opisanego w pozycji nr 26 - przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 °C. oraz pozycji nr 27- Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 °C – 1 kpl ?
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Zamawiający wymaga dostawy łącznie 80 kompletów jednorazowych przewodów pacjenta z zastawką dla obu respiratorów.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację wymogu dostarczenia przewodów wielokrotnego użytku do oferowanych respiratorów oraz wykreślenie z opisu przedmiotu pozycji nr 26 i nr 27.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia przewodów wielokrotnego użytku oraz zaworu pacjenta pozycja nr 26 i nr 27.

Zamawiający:

DYREKTOR
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Słupsku
inż. Mariusz Żukowski